

单一来源采购专家论证意见表

采购人	甘肃省徽县人民医院
项目名称	甘肃省徽县人民医院西门子16排螺旋CT球管采购项目
预算金额	75万元
采购内容	西门子16排螺旋CT球管1支
拟定的供应商名称	陕西恒恩慧康实业有限公司
专家姓名	陈小平
职称（职务）	高级（放射医学主任医师）
工作单位	陇南市第一人民医院
联系电话	
专家论证意见： 该院目前使用的16排CT机系西门子公司产品，球管是该设备的核心部件，也是关键部件。自2012年4月机器安装运行以来，球管使用已达预期寿命，拟更换新球管。根据《医疗器械使用质量监督管理办法》的要求，目前该院采购西门子医疗系统有限公司原厂产品，而陕西恒恩慧康实业有限公司是原厂唯一的授权供应商，故必须从该供应商处采购新球管。	

论证专家签字：

陈小平

日期：

2025-7-25

单一来源采购专家论证意见表

采购人	甘肃省徽县人民医院
项目名称	甘肃省徽县人民医院西门子16排螺旋CT球管采购项目
预算金额	75万元
采购内容	西门子16排螺旋CT球管1支
拟定的供应商名称	陕西恒恩慧康实业有限公司
专家姓名	李博鑫
职称（职务）	放射医学副主任医师
工作单位	陇南市第一人民医院
联系电话	

专家论证意见：

该院西门子16排CT于2012年4月安装运行至此已13年余，使用寿命已到年限且过了质保期，此时进行球管采购更换势在必行。球管是CT设备最核心部件之一，质量至关重要，直接关系到CT图像，对诊断疾病和医疗安全起决定性作用。为保证该设备正常、稳定使用且售后服务更有保障，须购买西门子原厂生产的球管，而陕西恒恩慧康实业有限公司作为唯一授权供应商，须从该供应商处采购新球管。

论证专家签字：

李博鑫

日期：

2025.7.25.

单一来源采购专家论证意见表

采购人	甘肃省徽县人民医院
项目名称	甘肃省徽县人民医院西门子16排螺旋CT球管采购项目
预算金额	75万元
采购内容	西门子16排螺旋CT球管1支
拟定的供应商名称	陕西恒恩慧康实业有限公司
专家姓名	杨俊、杨
职称（职务）	副主任医师（放射医学）
工作单位	陇南市第一人民医院
联系电话	

专家论证意见：

该院目前使用的CT机型为西门子SOMAF
OM Emotion 16, 其球管使用曝光次数达报
废期, 拟更换新球管5只, 机型规格、容量
多数设置配套使用效果最佳, 设备使用压
量才能符合国家相关法规及行业标准。
有设备制造商—西门子医疗系统有限公司原
厂球管才能符合标准, 陕西恒恩慧康实
业有限公司为西门子医疗系统有限公司授权
商, 故必须采购陕西恒恩慧康实业有限公司提供

论证专家签字：

杨俊、杨

日期：

2025.7.25

球管更换服务