

医疗设备需求及技术参数意见表

需求设备名称	输尿管肾镜
需求数量	2条
预算单价	10万元
预算总价	20万元
应用场景及使用功能	适用于治疗泌尿系检查、治疗
配套设施	配我院主机EinsteinVision、液晶显示器（MLW-3225C）使用，预算内免费配三套取物钳（包含在总预算中）
售后服务	具有良好的售后服务，西北地区有专业的维修机构和专业技术人员，2小时内能够响应，24小时到场，免费保修≥2年
其他要求	无
配套医用耗材（试剂）需求	<input checked="" type="checkbox"/> 无配套一次性耗材（试剂） <input type="checkbox"/> 有配套一次性耗材（试剂）（ <input type="checkbox"/> 开放 <input type="checkbox"/> 封闭） 若勾选开放耗材，此项为★号核心参数，若勾选封闭耗材此项为★号核心参数或普通参数由申请科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注。
一、必须开展的检测/治疗所使用的耗材（试剂）	
序号	耗材名称
无	无
二、技术参数	
序号	科室制定参数
1	水中视向角 $6^{\circ} \pm 1^{\circ}$
2	视场角 ≥ 75
3	末段外径7.5Fr、8.5Fr或8fr、9.8fr
4	景深范围3~20mm
5	工作长度 $\geq 425\text{mm}$
6	工作通道 $\leq 5.4\text{Fr}$